


### Características del Equipo

- Capacidad  
444 lts.
- Rango de temperatura: +2°C a +8°C
- Temperatura ambiente máx. 30°C
- Refrigerante: R600

- Datos Técnicos:  
Construcción Acero Inoxidable.  
Medidas: 137cm. (Ancho) x 70 cm. (Profundidad) x 105.7(Altura)  
Peso: 120 kg.

### Planimetrías



### Check List Requerimientos

|                                                                                   | S | N |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|  |   |   |
| <b>Suministro Eléctrico</b>                                                       |   |   |
| • Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F                                               |   |   |
| • Potencia: 0.235 kW                                                              |   |   |
| • Corriente: 1.3 Amp                                                              |   |   |
| • Enchufe: Domiciliario 10A(220V)                                                 |   |   |
| • h: 70 cm                                                                        |   |   |

### Características del Equipo

- Puertas: Cuenta con 2 puerta sólida
- Accesorios: Incluye 3 estantes (530 x 335 mm) y patas de soporte.
- Aislamiento: Espesor de 35 m.
- Sistema de deshielo por calentador eléctrico, configurado 4 veces al día con una duración máxima de 30 minutos.
- Ventiladores de condensador y evaporador incluidos.

### IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a la normas Nch 4/2000, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 Se recomienda una distancia posterior de 30cm min. para futuras mantenciones • Se debe considerar distancia lateral de 5cm mínimo.

## PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

## INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30 hrs. a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

## REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

### Accesorios recomendados

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |
|        |             |

### Insumos (Kit de instalación)

| Código  | Unidades | Descripción               |
|---------|----------|---------------------------|
| FCL-051 | 1        | ENCHUFE MACHO 10A BTICINO |
|         |          |                           |
|         |          |                           |
|         |          |                           |
|         |          |                           |
|         |          |                           |